名古屋大学　高等研究館ドラフト汎用室内ドラフトチャンバー設置状況

	室名	数量	型式	メーカー	サイズ	排気風量	その他仕様						
							天板	排気制御方法	コンセント	水栓	特ガス	都市ガス	その他
1	６０１室	1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1500D750H2500	0.5mg/m3	ｴﾎﾟｷｼ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	1口	無し	無し	
2		1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1500D750H2500	0.5mg/m3	ｴﾎﾟｷｼ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	1口	無し	無し	
3		1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1500D750H2500	0.5mg/m3	ｴﾎﾟｷｼ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	1口	無し	無し	
4		1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1500D750H2500	0.5mg/m3	ｴﾎﾟｷｼ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	1口	無し	無し	
5	６０３室	1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1800D750H2500	0.5mg/m3	ｾﾗﾐｯｸ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	2口	無し	無し	
6		1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1800D750H2500	0.5mg/m3	ｾﾗﾐｯｸ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	2口	無し	無し	
7		1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1800D750H2500	0.5mg/m3	ｾﾗﾐｯｸ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	2口	無し	無し	
8		1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1800D750H2500	0.5mg/m3	ｾﾗﾐｯｸ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	2口	無し	無し	
9	６０５室	1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1500D750H2500	0.5mg/m3	ｴﾎﾟｷｼ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	1口	無し	無し	
10		1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1500D750H2500	0.5mg/m3	ｴﾎﾟｷｼ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	1口	無し	無し	
11		1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1500D750H2500	0.5mg/m3	ｴﾎﾟｷｼ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	1口	無し	無し	
12		1	エアーカーテン補給式	ダルトン	W1500D750H2500	0.5mg/m3	ｴﾎﾟｷｼ	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	100V4口	1口	無し	無し	